


序号	房间号	实验室负责人	单位	存在安全隐患	备注
1	生物楼211	史玲玲	生物学院	1. 管制类危化品未执行“双人双锁”管理。	
2	科研楼501	齐飞	环境学院	1. 气瓶缺少防倒装置。	
3	科研楼508	孙德智	环境学院	1. 废液桶无成分标识。	
4	科研楼511	齐飞	环境学院	1. 气瓶缺少防倒装置。	

5	森工楼102	袁同琦	材料学院	1. 实验室大量堆放甲醛、苯酚，未放置在带锁的药品柜内。	
6	森工楼115	赵强	材料学院	1. 本科生毕设实验使用烘箱，无使用记录。	
7	森工楼201	李建章	材料学院	1. 化学药品摆放混乱，无使用记录；2. 腐蚀性药品柜内无防渗漏装置；3. 药品柜未张贴药品清单。	
8	森工楼211	赵永虎	材料学院	1. 管制类危化品未执行“双人双锁”管理。	
9	森工楼335	雷建都	材料学院	1. 室内多个气瓶，且有两个氢气瓶，其中一个处于阳面日晒环境，极其危险；2. 危险化学品药品柜不上锁，无使用记录；3. 烘箱无使用记录。安全风险极大。	
10	森工楼404	张扬	材料学院	1. 药品未及时更新，账实不符；2. 药品、设备使用台账记录不完整。	

11	森工楼428	马明国	材料学院	1. 空间极其拥挤；2. 氧气瓶无有效防倒装置；3. 高温高压设备无使用记录；4. 化学药品无使用记录。安全风险大。	  
12	森工楼411	金晓娟	材料学院	1. 药品摆放不规范，无纸质清单；2. 实验室废物存放区混乱，无明显清晰标识。	
13	森工楼527	宋国勇	材料学院	1. 空间拥挤；2. 大量存放易燃药品（约70升）；3. 废物存放区大量存放固液废物未及时处理，无警示标示，成份标识；4. 高温高压设备无使用记录。安全风险极大。	     

14	森工楼502	林剑	材料学院	1. 废物处理不及时；2. 危险设备、药品使用无记录或记录不完整	
15	主楼1213	赵良成，曲红	保护区学院	1. 管制化学试剂存放在实验台上，没有按规定锁好封存；2. 通风厨内存放两箱石油醚，并且在危险化学品清查中没有上报。	
16	林业楼107	王海燕	林学院	1. 危险化学品存放在教师办公室内，并且没有上锁。	
17	林业楼315	郭素娟	林学院	1. 药品柜的锁不规范，没有起到管控作用。	

18	林业楼316	刘勇	林学院	1. 管制化学试剂硫酸、危险化学品酒精，存放在实验室过道中，没有按要求锁好封存。	
19	林业楼317	苏淑钗	林学院	1. 管制化学试剂三氯甲烷、硝酸存放在无锁的柜子内，没有按规定锁好封存。	 
20	林业楼414	林长存、苏德荣、纪宝明、王铁梅、平晓燕	林学院	1. 实验室废弃物堆放在楼道，没有按规定及时处理； 2. 管制化学试剂双氧水放在实验台上，没有按规定锁好封存。	 